

Vertikit Electrique

Mode d'emploi

Notice d'installation

Conservez en permanence ce document à proximité du dispositif.

Table des matières

TABLE DES MATIERES	1
TABLE DES MATIERES	2
1. INTRODUCTION	3
2. DISPOSITIF CONFORME AUX DIRECTIVES EUROPEENNES.....	3
3. UTILISATION	3
4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	4
5. PLAN SCHEMATIQUE DU CHASSIS	5
5.1 <i>Conseils et astuces</i>	<i>6</i>
5.1.1 <i>Tension des boulons de fixation murale.....</i>	<i>6</i>
5.1.2 <i>Branchement des boutons de commande du dispositif.....</i>	<i>6</i>
6. NOTICE D'INSTALLATION : SCHEMAS.....	7
6. NOTICE D'INSTALLATION : DESCRIPTIONS.....	12
6.1 <i>Inscription des points de repère sur le mur.....</i>	<i>12</i>
6.2 <i>Renforcement de l'unité murale.....</i>	<i>12</i>
6.3 <i>Marquage de l'emplacement des trous sur l'unité murale.....</i>	<i>12</i>
6.4 <i>Montage de la plaque de sécurité.....</i>	<i>12</i>
6.5 <i>Montage du VertiElectric.....</i>	<i>12</i>
6.6 <i>Montage de l'unité murale.....</i>	<i>13</i>
6.7 <i>Montage du moteur.....</i>	<i>13</i>
6.8 <i>Positionnement des câble de sécurité.....</i>	<i>13</i>
6.9 <i>Montage de la plaque de sécurité.....</i>	<i>13</i>
6.10 <i>Branchement des câbles.....</i>	<i>13</i>
7. TEST DE FONCTIONNEMENT	14
8. LISTE DES PIECES DE VERTIELECTRIC	15
9. ACCESSOIRES POUR VERTIELECTRIC	16
10. REGLES DE SECURITE	17
11. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	17
11.1 <i>Nettoyage du châssis.....</i>	<i>17</i>
11.2 <i>Entretien.....</i>	<i>18</i>
11.3 <i>Calendrier des réparations, de l'utilisation et de l'entretien.....</i>	<i>18</i>
12. DEPANNAGE.....	19
12.1 <i>Vous ne parvenez pas à modifier la hauteur du châssis (le mouvement semble très difficile).....</i>	<i>19</i>
13. NORMECE	19
14. RECLAMATIONS	20

1. Introduction

VertikitElectrique est un châssis électrique à hauteur réglable pour meubles muraux. VertikitElectrique est particulièrement adapté aux utilisateurs en fauteuil roulant ou aux personnes qui ont des difficultés à atteindre le haut des meubles muraux.



Ce document doit être conservé EN PERMANENCE à proximité du dispositif. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation.

Ce mode d'emploi s'adresse à tous les utilisateurs. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions afin de bien les comprendre.

Ce manuel doit être accessible à tous les utilisateurs ; conservez-le à proximité du dispositif, notamment si vous déplacez le châssis.



Tout dispositif électrique à hauteur réglable présente un risque d'écrasement pour les utilisateurs. Par conséquent, ce dispositif doit uniquement être manipulé par des adultes ; s'il est utilisé par des enfants, ces derniers doivent être surveillés par des adultes compétents, ayant lu et compris l'importance de la section 10 de ce mode d'emploi relative aux règles de sécurité.

Une utilisation et un entretien adéquats sont essentiels pour une efficacité et une sécurité maximales.

2. Dispositif conforme aux directives européennes

Ce dispositif a reçu l'homologation CE car il est conforme aux directives actuelles relatives aux appareils électriques, CEM et appareils basse tension. Il respecte donc les critères de sécurité de base. Voir la déclaration de conformité, à la section 13.

Lorsque ces châssis sont montés ou branchés sur d'autres composants électriques, l'assemblage obtenu est considéré comme un dispositif à part entière. Les dangers de cet assemblage doivent donc être à nouveau évalués afin de pouvoir bénéficier de la certification CE.

3. Utilisation

Vertikit Electrique a pour but de fournir une hauteur d'accès optimale pour l'utilisateur. En effet, Vertikit Electrique est conçu pour apporter une hauteur réglable aux unités murales. EN AUCUN CAS Vertikit Electrique ne doit être utilisé comme table élévatrice ou lève-patient.

Ce dispositif doit être utilisé à l'intérieur, dans des conditions correspondant aux températures et taux d'humidité indiqués à la section 4.



La boîte de commande est conforme au degré de protection IP32/II. Elle doit impérativement être installée selon la réglementation relative à l'alimentation électrique en vigueur dans votre pays.

4. Caractéristiques techniques

Nom du dispositif :	Vertikit Electrique
Référence des éléments :	Référence des éléments : Elément mural de 30 à 59 cm de large : 04078 Elément mural de 60 à 120 cm de large : 04079
Matériau :	Conduits en acier soudé ST 37 et divers éléments en plastique
Traitement de la surface :	Chromate bleu, revêtement par pulvérisation
Alimentation électrique :	230 VAC / 2,5 A / 50 Hz
Énergie en veille :	1 W
Tension de la boîte de commande :	24 VDC
Cycle de service :	Max. 10 %, 1 min. d'activité / 9 min. de pause
Charge maximale supportée par le châssis :	80 kg répartis de manière équilibrée sur tout le châssis
Vitesse :	Environ 33 ^{mm} / _{sec} - Environ 9 sec pour un mouvement complet
Température :	5 à 45° C
Humidité ambiante :	5 à 85 % (sans condensation)
Réclamations :	Voir la section « Réclamations » page 20.
Fabricant :	Ropox A/S, Danemark
Importateur :	CREE ZI du Recou 69520 GRIGNY tel : 04 72 24 08 99 Fax : 04 72 24 25 36 . cree@cree.fr

5. Plan schématique du châssis


Veillez à ce que les câbles électriques reliés à la boîte de commande soient souples et ne freinent pas le mouvement vertical du châssis.

Dimensions du châssis sur ce plan :




Hauteur des unités murales : **704 mm** (si vous utilisez des Eléments muraux d'une hauteur différente, adaptez les dimensions de ce plan).

Hauteur entre le sol et le bord supérieur de l'élément mural : **2 120 mm** (si la hauteur de votre installation est différente, adaptez les dimensions de ce plan).



5.1 Conseils et astuces

5.1.1 Tension des boulons de fixation murale



La charge maximale doit être répartie uniformément sur toute l'unité murale. Dans l'exemple ci-contre, la charge maximale est placée à l'avant de l'unité. Le calcul utilisé s'appuie sur une fixation à 11 boulons.

$$\text{Tension des boulons supérieurs : } \frac{80 \times 38}{19 \times 11} = 14,5 \text{ kg/boulon}$$

Utilisez les facteurs de sécurité suivants :

- Facteur de sécurité 1 ⇒ 15 kg/boulon
- Facteur de sécurité 2 ⇒ 30 kg/boulon
- Facteur de sécurité 3 ⇒ 45 kg/boulon

Ces calculs sont uniquement valables pour une fixation optimale à l'aide de 11 boulons.

5.1.2 Branchement des boutons de commande du dispositif

Tirez le câble de l'élément mural vers l'emplacement des boutons de commande, à l'avant du plan de travail.

Nous vous recommandons de placer une gaine contre le mur afin d'y faire passer le câble (ø 3 cm).

Si un autre meuble mural est placé contre le châssis VertiElectric, vous pouvez faire passer le câble à travers cet élément mural, plutôt que d'insérer une gaine contre le mur.


6. Notice d'installation : schémas




Ce dispositif doit impérativement être installé par des personnes compétentes.

Avant d'installer ce dispositif, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces. Les pièces sont énumérées à la section 8.


Hauteur de meuble mural (par rapport au sol) : 2 120 mm ; voir plan page 5




6.1.1



6.1.2



6.1.3




6.1.4




6.2.1




6.2.2




6.3.1




6.3.2




6.3.3




6.3.4





6.4.1




6.4.2




6.4.3




6.5.2




6.5.3




6.5.4



6.6.1




6.6.2




Partie supérieure

6.6.3




Partie inférieure

6.6.4




6.7.1




6.7.2


Câble court pour mouvement vers le haut ("rouge")



6.7.3




6.7.4




Emplacement du câble de la plaque de sécurité

6.8.1




Emplacement de la fiche à résistance

6.8.2



6.9.1



Câble électrique 230 V souple

Câble souple des boutons de commande

6.10.1

6. Notice d'installation : descriptions

Avant d'installer ce dispositif, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces. Les pièces sont énumérées page 8. Consultez également les schémas d'installation page 6.

6.1 Inscription des points de repère sur le mur.

- 6.1.1 Pour un meuble mural de 704 mm de hauteur : faites une marque correspondant au centre du meuble mural, à 1 672 mm du sol. Pour l'emplacement exact de cette marque, consultez le plan page 5.
Percez le mur et insérez une cheville en plastique.
- 6.1.2 Placez une vis au milieu du support mural et fixez-le.
- 6.1.3 Placez le support mural à la bonne hauteur, puis marquez l'emplacement des autres vis.
- 6.1.4 Terminez de fixer le support mural à l'aide des autres vis, qui doivent impérativement être mises en place.

6.2 Renforcement du meuble mural.

- 6.2.1 Pour renforcer le meuble mural, vous devez placer des cornières à chaque angle.
- 6.2.2 Chaque cornière se fixe dans le meuble mural à l'aide de neuf clous.

6.3 Marquage de l'emplacement des trous sur l'unité murale.

- 6.3.1 Posez le meuble mural au sol, en positionnant l'arrière du meuble vers le haut. Puis placez le châssis VertiElectric sur le meuble mural, en le centrant bien.
- 6.3.2 À l'aide des mèches, marquez l'emplacement de trois trous à travers le châssis et la boîte d'engrenage, en faisant bien attention de ne pas abîmer le VertiElectric.
- 6.3.3 Marquez également un trou sur le dessus de l'élément mural
- 6.3.4 Enfin, percez complètement les quatre trous (3 x \varnothing 12) – (1 x \varnothing 30).

6.4 Montage de la plaque de sécurité.

- 6.4.1 Posez l'élément mural à l'envers, puis placez-y la plaque de sécurité en positionnant le cadre en métal dans le prolongement des bords latéraux et avant de l'unité murale.
Vous devrez peut-être placer une rondelle de calage sous le cadre métallique au niveau de la fixation centrale.
- 6.4.2 Insérez toutes les vis le long du cadre.
- 6.4.3 Serrez les neuf vis.

6.5 Montage du Vertikit Electrique.

- 6.5.1 Soulevez le Vertikit Electrique et placez-le sur le support mural, puis positionnez-le bien au centre de l'élément mural. Commencez à percer quatre trous, afin d'y insérer des fixations murales supplémentaires. Retirez le Vertikit Electrique, finissez de percer les trous et insérez des chevilles en plastique.
- 6.5.2 Placez à nouveau le Vertikit Electrique sur le support mural, et positionnez-le bien au centre de l'unité murale. Ajustez la partie verticale du châssis à l'aide des 2 vis de réglage placées vers le bas de la structure intérieure. Utilisez une vis de chaque côté.

- 6.5.3 Serrez la vis de fixation murale au niveau du support mural.
- 6.5.4 Insérez les deux vis de réglage restantes et serrez-les. Remarque : ne serrez pas trop ces vis.

6.6 Montage du meuble mural.

- 6.6.1 Placez le meuble mural sur le châssis, en le centrant bien.
- 6.6.2 Fixez les parties inférieure et supérieure du meuble mural.
- 6.6.3 Pour ce faire, insérez d'abord la partie supérieure du meuble mural dans le châssis et fixez-la.
- 6.6.4 Puis insérez la partie inférieure du meuble mural dans le châssis et fixez-la.

6.7 Montage du moteur

- 6.7.1 Insérez le câble et la plaque de fixation sur le moteur.
- 6.7.2 Le moteur avec son axe se fixe sur la plaque arrière, parallèlement à la boîte d'engrenage. Serrez les deux vis.
- 6.7.3 Branchez les câbles de la boîte de commande comme indiqué sur le schéma.
- 6.7.4 Posez la boîte de commande sur l'étagère supérieure, que vous devez insérer le plus haut possible dans l'unité murale.

6.8 Positionnement des câble de sécurité

- 6.8.1 Prenez le câble de sécurité au niveau de la boîte de commande, puis faites-le passer dans l'ouverture qui se trouve sur la partie supérieure du meuble. Descendez le câble sur le côté gauche du meuble, puis branchez-le sur le câble de la plaque de sécurité.
- 6.8.2 Fixez l'extrémité du câble de sécurité sur la partie droite de l'unité murale, à l'aide d'une barrette. Remarque : vous devez obligatoirement brancher une fiche de court-circuit rouge.

6.9 Montage de la plaque de sécurité.

- 6.9.1 Montez la plaque de sécurité sur la partie inférieure du meuble en la fixant sur le cadre métallique. Remarque : pour que la plaque de sécurité puisse servir de système anti-écrasement, une fois montée, elle doit rester relativement mobile.

6.10 Branchement des câbles.

- 6.10.1 Fixez le câble de 230 V souple sur le dessus du meuble mural et et reliez-le à la prise murale.
Faites passer le câble des boutons de commande sous la partie supérieure du plan de travail et branchez-le sur les boutons de commande, qui doivent se situer sur la bandeau antérieur du plan de travail.

7. Test de fonctionnement

Une fois le dispositif installé, toutes les fonctions doivent être testées avant toute utilisation. Ce test doit être réalisé par des personnes compétentes, et ce une fois par an.

Test à réaliser avant de brancher le dispositif sur le secteur :

1. Vérifiez que le dispositif a été installé selon les instructions fournies.
2. Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.
3. Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement et que les prises sont bien enfoncées.
4. Vérifiez qu'aucun poids n'est posé sur le châssis.
5. Vérifiez qu'aucun obstacle n'empêche le châssis d'effectuer un mouvement vertical dans les limites prévues.

Une fois ces vérifications effectuées, branchez le dispositif sur le secteur.

6. Appuyez sur le bouton BAS pour placer le châssis à sa position la plus basse. Appuyez à nouveau sur le bouton BAS pendant environ 5 secondes pour réinitialiser la boîte de commande. Vérifiez que le mouvement du meuble mural se fait uniformément et librement. Assurez-vous que le câble électrique suit le dispositif et que son mouvement n'est pas entravé.
7. Appuyez sur le bouton HAUT du meuble mural pour placer le châssis en position supérieure ; vérifiez que le mouvement se fait uniformément et librement. Assurez-vous que le câble électrique suit le dispositif et que son mouvement n'est pas entravé.
8. Si vous avez fixé une plaque de sécurité sous le meuble mural, veuillez la tester selon la procédure suivante :
Appuyez sur le bouton BAS de l'élément mural afin de faire descendre le châssis et la plaque de sécurité de 2 – 5 cm. Lorsqu'il rencontre un obstacle, le châssis doit alors cesser son mouvement vers le bas, remonter de 1 - 2 cm, puis s'immobiliser.
9. Si vous avez branché une Smartbox sur ce dispositif (dans le cas où un plan de travail sur Flexikit serait installé sous ce meuble mural), veuillez suivre les instructions fournies avec la Smartbox.

Avant d'être utilisé, le châssis doit passer tous ces tests avec succès. Voir également la section 10, « Règles de sécurité ».

8. Liste des pièces de VertiElectric

Unité VertikitElectrique 04078 :

1 pièce



Éléments de VertiElectric :

- 30*40601-079 Pièces de fixation de VertiElectric
- 30*40601-096 Support mural

1 kit

1 pièce



Moteur de Vertikit Electrique plus fixations 30-40675-9 :

1 pièce



Éléments du moteur :

- 96000573 Câble pour moteur 1 pièce
- 10098-453 Fixation pour moteur 1 pièce
- 98000-555 Bague de retenue 1 pièce
- 96000582 Tige 7 mm, Hex7, L = 0,14 cm 1 pièce
- 95170508 Rondelle à facettes M8 1 pièce
- 95010510 Vis à tête creuse M5 x 10 3 pièces
- 95091050 Vis ø 4, 8 x 50 Torx 2 pièces
- 95000009 Clé Allen Hex2 1 pièces

Boîte de commande (21,2 x 10,5 x 6,0 cm) 30-40650 :

Dont raccord (300 cm)

1 pièce



Éléments de la boîte de commande :

- 98002014 Câble en Y 1 pièce
- 98002013 Fiche à résistance 2 pièces



- 93000161 Rallonge 300 cm + câble spiralé Pour câble électrique, blanc 1 pièce

- 93000162 Rallonge 350 cm + câble spiralé Pour boutons de commande, blanc 1 pièce

- 04022 Boutons de commande standard (3 x 6 cm) Dont câble de 150 cm 1 pièce




Pièces supplémentaires pour Vertikit Electrique 30*40601-098 : 1 kit

Éléments supplémentaires pour Vertikit EI :

- 95000044 Mèches 1 pièce
- 95000037 Clé à fourche NV 7 mm 1 pièce
- 95000004 Clé Allen NV 4 mm 1 pièce
- 95134017 Vis pour aggloméré 14 pièces
- 95170508 Rondelle à facettes M8 1 pièce
- 10098-498 Cornière 4 pièces / 8 pièces
- 30*40601-116 Clous pour cornière 40 pièces / 75 pièces

Unité Vertikit Electrique 04079 :

1 pièce



Éléments de Vertikit EI :

- 30*40601-079 Pièces de fixation de VertiElectric
- 30*40601-099 Support mural

1 kit

1 pièce



Pièces indiquées ci-dessus.

9. Accessoires pour Vertikit Electrique

Câble en Y 96000629 :

À utiliser lorsque plusieurs types de commandes sont montées.

1 pièce



Télécommande infrarouge 04023 :

Télécommande + capteur infrarouge (câble de 250 cm)

Portée : 150 – 200 cm

1 pièce



Boutons de commande adhésifs de taille supérieure (14 x 7 cm) 04020 :

Pour personnes handicapées, fourni avec un câble de 150 cm

1 pièce



Plaque de sécurité 04080 ou 04081 :

Circuit de sécurité plus rallonge (câble de 250 cm)

Plaque en acier plus éléments pour la fixation.


1 pièce



Ampoule halogène 12V 10W 04082:

+ transformateur. Base Ø 54 cm, câble de 200 cm pour le transformateur


1 pièce



Ampoule halogène 12V 10W 04083 :

+ transformateur. Base Ø 54 cm, câble de 200 cm pour le transformateur


1 pièce



Ampoule halogène 12V 10W 04087 :

+ transformateur. Base Ø 54 cm, câble de 200 cm pour le transformateur


1 pièce



Ampoule halogène 12V 10W 04088 :

+ transformateur. Base Ø 54 cm, câble de 200 cm pour le transformateur

1 pièce



Smartbox 04024 :

Accessoire pour plaque de sécurité

Nécessaire lorsque le châssis VertiElectric est installé au-dessus d'une table FlexiElectric.

1 pièce



Rallonge 30-67870 :

250 cm (noir) pour plaque de sécurité

1 pièce



Rallonge spiralee 30-67871 :

L = 25 - 100 cm (noir) pour plaque de sécurité

1 pièce




10. Règles de sécurité

- Avant d'utiliser VertiElectric, veuillez lire attentivement ces instructions afin de bien les comprendre.
- VertiElectric étant un châssis électrique à hauteur réglable, nous vous recommandons de monter une plaque de sécurité sous le meuble mural afin d'éviter tout risque d'écrasement. Cependant, même lorsque meuble mural est doté d'une plaque de sécurité, assurez-vous que l'espace sous le châssis est entièrement dégagé lorsque ce dernier effectue un mouvement vertical.
- VertiElectric est une unité murale ; ce dispositif ne doit EN AUCUN CAS être utilisé comme table élévatrice ou lève-patient.
- Lorsque vous utilisez ce châssis, prenez toujours les précautions nécessaires pour éliminer tout risque de blessure ou de dommages matériels. Il incombe à la personne qui active le châssis de prendre ces précautions.
- Les enfants et les personnes à l'acuité visuelle réduite doivent toujours être surveillés par un adulte lorsqu'ils utilisent ce dispositif.
- Si le châssis est installé dans un lieu public accessible aux enfants et aux personnes à l'acuité visuelle réduite, l'utilisateur qui active ce dispositif doit être particulièrement vigilant afin d'éviter toute situation dangereuse.
- Le châssis doit être placé dans un espace suffisamment dégagé pour permettre un mouvement vertical.
- Ne placez jamais un poids excessif sur le châssis, et veillez à ce que toute charge soit répartie de manière adéquate.
- En cas d'erreur ou de matériel endommagé, n'actionnez pas le châssis.
- N'utilisez pas ce châssis dans un environnement présentant des risques d'explosion.
- Lors des inspections et réparations, assurez-vous qu'aucun poids n'est placé sur le châssis et que le dispositif n'est pas branché sur le secteur.
- Il est strictement interdit d'apporter au châssis toute modification pouvant altérer son fonctionnement ou son assemblage.
- L'installation et les réparations doivent impérativement être réalisées par des personnes compétentes.
- En cas d'installation non conforme aux présentes instructions, la garantie pourra être annulée.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange Ropox. Si vous utilisez des pièces de rechange issues d'un autre fabricant, la garantie pourra être annulée.

11. Nettoyage et entretien

11.1 Nettoyage du châssis



Pour nettoyer le châssis, utilisez un tissu humidifié à l'eau tiède, ainsi que des détergents ordinaires. N'utilisez pas de produits corrosifs / abrasifs, ni de brosses, éponges ou tissus abrasifs.

Une fois le nettoyage terminé, séchez le châssis.

11.2 Entretien



L'installation et les réparations doivent être réalisées par des personnes compétentes.

Le châssis ne nécessite pas d'entretien ni de maintenance ; les éléments qui assurent le mouvement sont lubrifiés à vie. Toutefois, dans un souci de fiabilité, nous vous recommandons de procéder à une inspection du châssis une fois par an.

- Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés.
- Vérifiez qu'aucun problème n'entrave le mouvement du châssis de la position inférieure à supérieure.
- **Réinitialisation du châssis** : Appuyez sur le bouton BAS du dispositif pour placer le châssis en position inférieure. Appuyez à nouveau sur le bouton BAS pendant environ 5 secondes pour réinitialiser la boîte de commande. Vérifiez que le mouvement de l'unité murale se fait uniformément et librement. Vérifiez que rien n'entrave le mouvement du câble électrique.
- Vérifiez que tous les câbles sont branchés correctement et qu'ils ne sont pas endommagés.

Après chaque inspection, pensez à remplir le calendrier d'entretien.

Utilisez uniquement des pièces de rechange Ropox. Si vous utilisez des pièces de rechange issues d'un autre fabricant, la garantie pourra être annulée.

11.3 Calendrier des réparations, de l'utilisation et de l'entretien

Inspection et entretien	N° de série :
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____ _____	

Inspection et entretien	N° de série :
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____ _____	

Inspection et entretien	N° de série :
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____ _____	

Inspection et entretien	N° de série :
Date : _____	
Signature : _____	
Commentaires : _____ _____	

12. Dépannage

12.1 Vous ne parvenez pas à modifier la hauteur du châssis (le mouvement semble très difficile).

- Vérifiez l'alimentation électrique et la tension de la boîte de commande, et assurez vous que le courant n'a pas été coupé.
- Vérifiez les branchements des câbles et des fiches entre la boîte de commande et les moteurs.
- Vérifiez les branchements des câbles et des fiches entre la boîte de commande et les boutons de commande de l'unité murale.
- Vérifiez les branchements des câbles entre la plaque de sécurité et la boîte de commande. (Voir notice d'installation, 6.7.5.)
Si vous n'avez pas installé de plaque de sécurité, vous devez brancher une fiche de court-circuit sur les deux câbles de sécurité (voir notice d'installation, 6.7.5).
- Si vous avez monté une plaque de sécurité :
Vérifiez que la plaque de sécurité n'a pas été activée.
Débranchez la fiche de court-circuit de la plaque de sécurité, et rebranchez-la sur le câble en Y de la boîte de commande. Voir notice d'installation 6.7.5). Si le dispositif fonctionne lorsqu'il n'est pas branché sur la plaque de sécurité, cela signifie que cette dernière a été activée.

13. NormeCE

Nom du dispositif :

Vertikit Electrique

Référence des éléments :

Référence des éléments :

Eléments muraux de 30 à 59 cm de large :30-40603-9/ 04078

Eléments muraux de 60 à 120 cm de large :30-40606-9/ 04079

Le dispositif est conforme aux directives et normes ci-dessous.

Directives

Directive européenne n° 89/392/EØF relative aux appareils électriques, modifiée par la directive n° 98/37/EF

Avis n° 561 de l'inspection industrielle danoise (24 juin 1994), et modifications ultérieures.

Directive 73/23EEC relative aux appareils basse tension, modifiée par la directive 93/68/EEC

Directive CEM 89/336EEC modifiée par les directives 92/31/EEC et 93/68/EEC

NORMES

DS/EN ISO	12001-1:	2003	DS/EN	55014-1:	2000
DS/EN ISO	12100-2:	2003	DS/EN	55014-2:	1997
DS/EN	527-2:	2002	DS/EN	60335-1 :	2002

DS/EN 61000-6-3:2001, EN 55022 Classe B

DS/EN
DS/EN

61000-3-2:2001, EN 61000-3-3:1995, A1:2001
61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11.

Déclaration de conformité disponible sur demande.

14. Réclamations

Veillez consulter nos conditions générales de vente et de livraisons sur notre site Internet :
www.cree.fr.

Service d'assistance technique :

0 899 493 251

**Service 0,60 €/min
+ prix appel**



CREE

Développer l'espace de liberté

**Conservez en permanence ce document à proximité du
dispositif**

CREE
ZI du Recou
69520 GRIGNY
www.cree.fr

cree@cree.fr



CREE
Développer l'espace de liberté